


## ¿Donde se fabricaban las caretas de la videoterminal CID 7220 y otras?

Leyendo un trabajo de **Antonio (Tony) Torres**, uno de los diseñadores más significativos de la historia del ICID, hoy retirado, me quedé en blanco cuando mencionó que las caretas de la Videoterminal CID 7220 eran hechas con fibra de vidrio y resina. Me fui acordando que era así, pero no recordaba que ni en el ICID ni en la EMCO se hubieran fabricado ni que existiese la capacidad productiva entonces. Le pregunté a Tony y me mandó la respuesta siguiente, que por su interés y con su aprobación publico.

---

Las piezas para las caretas de la primera mitad de los años ochenta, se fabricaron en la antigua fábrica donde se producían los Ómnibus Girón con chasis de HINO.

Yo utilizaba esta tecnología cuando diseñaba Ómnibus y cuando diseñé la Videoterminal CID 7220 fui con el mecánico Róger Hernández para que aprendiera esta tecnología. Róger participo en la fabricación de las caretas que fueron contratadas a la empresa Girón. Se fabricaron unos 10 moldes para fabricarlas de 10 en 10.



**Maqueta CID 7205**

Luego cuando diseñé el Cardiocid B empleé esta tecnología, que también utilizo en la primera maqueta del VT Cardiocid 7205.

Las maquetas o pequeñas cantidades fabricadas en el ICID las fabricaban Róger y George Farrá a finales de los años ochenta.